



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 21 września 2021 r.

ZP.272.11.2021

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu i Szprotawie”

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3.2 mm (Videobronchoskop), załącznik 2.3, punkt 11
Czy Zamawiający dopuści bronchoskop terapeutyczny z systemem głębi ostrości 3-50mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3.2 mm (Videobronchoskop), załącznik 2.3, punkt 24
Czy Zamawiający dopuści bronchoskop terapeutyczny o długości całkowitej 860 mm?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm (Videobronchoskop), załącznik 2.3, punkt 26
Czy Zamawiający dopuści bronchoskop terapeutyczny bez możliwości sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm (Videobronchoskop), załącznik 2.3, punkt 27
Czy Zamawiający dopuści bronchoskop terapeutyczny z wielorazowym odłączanym zaworem ssącym?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

STAROSTA
Henryk Janowicz